



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU
TP. HÀ NỘI

DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT SÁNG LỌC MÁU THEO HÌNH THỨC CHÀO HÀNG CẢNH TRANH NĂM 2023
TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng mua sắm	
1	1	2	3	4	5	6
1	Chứng cho các test xét nghiệm	Cobas T-SCRN MPX CTRL, v2.0	Mẫu chứng, gồm 4 thành phần: - MPX M(+)/C : < 0.001% RNA HIV-1 Nhóm M tổng hợp, < 0.001% DNA HBV tổng hợp, < 0.001% RNA HCV tổng hợp. - MPX O(+)/C : < 0.001% RNA HIV-1 Nhóm O tổng hợp. - MPX 2(+)/C : < 0.001% RNA HIV-2 tổng hợp. - MPX (-) C : Negative Control (mẫu chứng âm).	Khay	24	
2	Các test xét nghiệm	Cobas T-SCRN MPX Test, v2.0	- Là xét nghiệm định tính in vitro dùng để phát hiện trực tiếp: RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, và DNA HBV, trong huyết tương và huyết thanh người. Dùng để sàng lọc mẫu hiến máu. - Cho phép phát hiện đồng thời và phân biệt RNA HIV, RNA HCV và DNA HBV trong một xét nghiệm duy nhất. - Sử dụng một kỹ thuật chuẩn bị acid nucleic, được khuếch đại, phát hiện và phân biệt bằng cách sử dụng PCR. - Theo Thông tư 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế quy định về xét nghiệm HBV, HCV, HIV trong túi máu truyền cho bệnh nhân thì độ nhạy: HBV-NAT 1.000IU/ml, HCV-NAT 5.000IU/ml, HIV-NAT 10.000IU/ml trên từng mẫu đơn lẻ.	Test	576	
3	Dung dịch rửa máy	KIT COBAS T-SCRN WASH RGT	Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT	ml	40.800	
4	Đơn vị xử lý mẫu phù hợp cho máy	SPU	Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT	Cái	576	
5	Tip hút mẫu phù hợp cho máy	Tip - K 1.2mm/12x36	Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT	Cái	864	
6	Ông mẫu chứa mẫu phù hợp cho máy	Tube - S Box of 12x24 Amplip	Phù hợp với hệ thống PCR dùng sàng lọc NAT	Cái	576	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU
TP. CẦN THƠ

DANH MỤC MUA SẴM KIT TIÊU CẦU THEO HÌNH THỨC CHÀO HÀNG CẢNH TRANH NĂM 2023
TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng mua sắm
1	2	3	4	5
1	Kit tiêu cầu đơn (Sử dụng được cho máy Amicore)	Cấu hình bộ kit : + 01 kim cỡ 17G. + 01 túi nhựa đựng tiêu cầu, dung tích từ 1000ml trở lên. + 01 túi chứa bằng nhựa, dung tích từ 1000ml trở lên. + 02 túi chứa bằng nhựa dung tích từ 600ml trở lên. + 02 bộ lọc kháng khuẩn với kích thước lỗ lọc 0.2 micron. - Tiết trùng. - Các đường chất lỏng vô trùng. - Bộ kit tráng tự động với dung dịch ACD và nước muối. - Yêu cầu tối thiểu cho gan tách 01 đơn vị khối tiêu cầu : + Có hệ thống bù dịch tự động, nhằm bù thể tích máu lấy ra ngoài cơ thể làm giảm nguy cơ tai biến cho người hiến máu. + Số lượng tiêu cầu trung bình với mỗi đơn vị thu nhận: $\geq 3 \times 10^6 \times 11$.	Kit	180

