

**THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN
YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Báo giá số 714/TB-HHTM ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ;

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ đã đăng tải thông báo yêu cầu báo giá từ ngày 06 tháng 8 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, số lượng nhà thầu tham gia chào giá vẫn còn hạn chế.

Để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng và rộng rãi trong đấu thầu, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ kính thông báo đến các Công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam về việc gia hạn tiếp thời gian tiếp nhận yêu cầu báo giá 07 ngày tiếp theo, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2024. Cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ.

2. Thông tin liên hệ:

- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Đỗ Hoàng Thiên Thanh (Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính)

- Số điện thoại: 0949.464.517

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 317, đường Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

- Nhận qua email: tochuc.hhct@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:

4.1. Thời gian yêu cầu báo giá đã được thông báo trước đó:

- Từ ngày 06 tháng 8 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2024.

4.2. Thời gian yêu cầu báo giá được gia hạn:

- Từ ngày 19 tháng 8 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm yêu cầu báo giá được gia hạn nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mời chào giá: (Đính kèm danh mục hàng hóa).

2. Các thông tin khác: (Đính kèm mẫu báo giá)

Đề nghị Quý công ty, nhà cung cấp gửi kèm Bảng mô tả đặc tính của sản phẩm khi gửi báo giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử BV HH-TM;
- Trang mua sắm công;
- Lưu: VT, TMS, Dược - CDHA;

GIÁM ĐỐC



XCV
Nguyễn Xuân Việt





BÁO GIÁ

Kính gửi:

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ, chúng tôi..... [ghi tên, địa chỉ của Công ty, nhà cung cấp; trường hợp nhiều Công ty, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các mặt hàng trang thiết bị y tế:

STT	Tên trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, mode, hãng sản xuất	Tiêu chí kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Đơn Giá VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1							
2							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ..tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các mặt hàng trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))



DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Thông báo giá hạn thời gian yêu cầu báo giá số 753/TB-HHTM ngày 19 tháng 8 năm 2024)

Stt	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Máy ly tâm lạnh túi máu	03	Cái	Sử dụng phù hợp cho ngân hàng máu. Sức chứa ≥ 14 túi máu/1 lần chạy máy ly tâm. Phù hợp với tất cả các loại túi máu có thể tích khác nhau như: 250ml, 350ml, 450ml... Có thể sử dụng và lưu trữ nhiều chương trình ly tâm khác nhau, đáp ứng được nhu cầu điều chế các chế phẩm máu. Có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp theo từng loại chế phẩm cần điều chế. Kết nối với máy vi tính.	Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ số 317, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ		
2	Hộp đựng túi máu (Adaptor)	06	Cái	Màu trắng, giữ được 2 túi máu thể tích từ 250ml trở lên, phù hợp với máy ly tâm lạnh túi máu sử dụng cho ngân hàng máu.	Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ số 317, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ		06 Hộp đựng túi máu (Adaptor) này mua để dự phòng cho sử dụng 03 máy ly tâm lạnh túi máu nêu trên khi trùng đầu
3	Máy hàn dây túi máu cố định	04	Cái	<ul style="list-style-type: none">- Hệ thống hàn dây để bàn linh hoạt cho mỗi hàn đơn và nhiều mỗi hàn.- Có khả năng kết nối nhiều máy hàn liên tiếp.- Độ dài dây hàn có thể điều chỉnh từ 100-120mm.- Mỗi hàn liên tiếp từ đoạn bắt đầu cho đến túi máu, có đèn chỉ thị cho từng mỗi hàn.- Mỗi hai thiết bị chỉ cần 1 dây nguồn.- Độ dẹp mỗi hàn từ 5,5mm đến 6,0mm.- Dễ dàng tháo lắp bộ phận bảo vệ đầu hàn để lau chùi và tiệt khuẩn.- Thời gian hàn nhanh 1-3 giây.- Đèn chỉ thị quá trình hàn và mỗi hàn khi bị lỗi.	Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ số 317, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ		Khoa Sàng lọc - Điều chế - Cấp phát
4	Máy hàn dây túi máu cố định	05	Cái	<ul style="list-style-type: none">- Dùng để hàn kín đường dây túi máu.- Hệ thống hàn dây để bàn linh hoạt cho mỗi hàn đơn và nhiều mỗi hàn.- Độ dài dây máy hàn khoảng 60-120mm.- Có đèn chỉ thị cho từng mỗi hàn.- Đường kính mỗi hàn 2 - 6 mm.- Dễ dàng tháo lắp bộ phận bảo vệ đầu hàn để lau chùi và tiệt khuẩn.- Thời gian mỗi hàn khoảng 0.5 - 3 giây.- Có đèn chỉ thị quá trình hàn mỗi hàn bị lỗi.- Trọng lượng máy 2 - 5kg.- Mỗi hàn chịu được tốc độ quay ly tâm 2400-3400 vòng/phút không bị xì mỗi hàn	Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ số 317, đường Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ		Khoa Hiến máu nhân đạo