

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Mua sắm kính hiển vi

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá mặt hàng kính hiển vi để làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch mua sắm kính hiển vi phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời chào giá:

- Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính, Số điện thoại: 02923.812068.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 317, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, thành phố Cần Thơ.
 - Nhận qua email: tochuc.hhct@gmail.com.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 21 tháng 8 năm 2025 đến trước 17h ngày 31 tháng 8 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung mời chào giá:

Tên trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu tính năng kỹ thuật	Ghi chú
Kính hiển vi sinh học 3 mắt có phần quang học và chụp ảnh	Cái	01	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, 13485... <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Hệ thống quang học: Hệ thống quang học hiệu chỉnh vô cực. - Thân kính: Khối đồng nhất, cứng chắc, chất liệu không gỉ. Chân đế cho độ ổn định an toàn. - Đầu gắn thị kính: 3 mắt nghiêng từ 30°, xoay 360°, khoảng cách giữa 2 thị kính khoảng 45-80 mm. - Thị kính: Quang trường soi rộng có thể điều chỉnh độ hội tụ đồng bộ 10x quang trường rộng ≥ 20mm.	

		- Đầu giữ vật kính: 4 lỗ kết nối vật kính, góc đảo ngược, loại bạc đạn với rãnh cao su đàn hồi và các vị trí ngừng. - Vật kính: Các vật kính tiêu sắc vô cực. Phải bao gồm các kính sau với khẩu độ: 4x, 10x, 40x, 100x dùng dầu, chống nấm. - Bàn để mẫu: Bàn để mẫu 2 tầng cơ học. Bề mặt bàn được phủ chất liệu cứng chống trầy xước, 2 kẹp giữ mẫu. - Bộ tụ quang: loại Abbe với khẩu độ số NA ≥ 1.25. Màng chắn sáng với bộ lọc xanh dương cho ánh sáng như ánh sáng ban ngày. - Độ hội tụ: Điều chỉnh độ hội tụ tinh và thô đồng trục trên hệ thống ổ đĩa cho chuyển động êm nhẹ. Camera kỹ thuật số Vega: - Cảm biến: kích thước $\geq 1/2.8$, độ phân giải ≥ 6.0 MP, cảm biến màu CMOS. - Vùng hoạt động: tối thiểu 5.70mm x 4.28mm. - Độ phân giải cảm biến Dynamic: tối thiểu 1920x1080 pixel- Tĩnh: 3264x1836 pixel. - Tốc độ khung hình: 30 khung hình/giây (@ 1080p). - Giao diện: USB 3.0, HDMI, thẻ SD, điều khiển chuột. - Kết nối hệ thống máy vi tính, máy in. - Bộ máy tính, máy in màu kết nối với camera. Hoặc tương đương.	
--	--	--	--

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử BV HH-TM;
- Lưu: VT, TMS, Tổ VTTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Minh Phú



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Kính gửi: Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ

1. Báo giá mặt hàng kính hiển vi:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.



....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng
sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))