

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế bổ sung phục vụ công tác chuyên môn thường xuyên tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ năm 2025 - 2027 (24 tháng)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế bổ sung phục vụ công tác chuyên môn thường xuyên tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ năm 2025 - 2027 (24 tháng), với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời chào giá:

- Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính; Số điện thoại: 02923.812068.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 317, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, thành phố Cần Thơ.

- Nhận qua email: tochuc.hhct@gmail.com.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 12 tháng 9 năm 2025 đến trước 17h ngày 22 tháng 9 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung mời chào giá:

- Danh mục mời chào giá: (Đính kèm danh mục hàng hóa).
- Các thông tin khác: (Đính kèm mẫu báo giá)

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm bảng mô tả đặc tính của sản phẩm khi gửi báo giá.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử BV HH-TM;
- Trang mua sắm công;
- Hệ thống đăng tải thông tin mời chào giá TTBYT;
- Lưu: VT, TMS, TCKT, Dược - CDHA.

GIÁM ĐỐC*



Huỳnh Minh Phú

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số 33/TB-HHTM ngày 12 tháng 9 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dung dịch tạo dòng chảy của hệ thống tế bào dòng chảy	Dung dịch tạo dòng chảy của hệ thống tế bào dòng chảy	Lít	400
2	Dung dịch rửa làm sạch hệ thống cuối ngày	Dung dịch rửa làm sạch hệ thống cuối ngày	Lít	1.000
3	Dung dịch làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích khi tiếp xúc với mẫu	Dung dịch làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích khi tiếp xúc với mẫu	Lít	200
4	Ống chứa mẫu dùng cho máy đếm tế bào dòng chảy	Ống chứa mẫu dùng cho máy đếm tế bào dòng chảy	Ống	10.000
5	Phễu lọc dịch cho máy đếm tế bào dòng chảy	Phễu lọc dịch cho máy đếm tế bào dòng chảy	Cái	12
6	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD36	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD36 gắn với 1 trong các kênh màu FITC, PE, PERCP, PE-Cy7, APC, APC-H7, V450, V500C hoặc tương đương	Test	400
7	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD59	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD59 gắn với 1 trong các kênh màu FITC, PE, PERCP, PE-Cy7, APC, APC-H7, V450, V500C hoặc tương đương	Test	300
8	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD64	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD64 gắn với 1 trong các kênh màu FITC, PE, PERCP, PE-Cy7, APC, APC-H7, V450, V500C hoặc tương đương	Test	400
9	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD235a	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD235a gắn với 1 trong các kênh màu FITC, PE, PERCP, PE-Cy7, APC, APC-H7, V450, V500C hoặc tương đương	Test	400
10	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD55	Hóa chất xét nghiệm phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD55 gắn với 1 trong các kênh màu FITC, PE, PERCP, PE-Cy7, APC, APC-H7, V450, V500C hoặc tương đương	Test	300
11	Dầu soi kính hiển vi	Dầu soi kính hiển vi	ml	3.000
12	Bộ hóa chất nhuộm Gram	Bộ nhuộm Gram được sử dụng để nhuộm vi sinh vật từ mẫu nuôi cấy hoặc mẫu bệnh phẩm theo phương pháp nhuộm Gram.	Bộ	04
13	Ống đựng mẫu falcon 15ml	Ống đựng mẫu falcon 15ml	Cái	3.000
14	Ống nghiệm thủy tinh các cỡ	Ống nghiệm thủy tinh khoảng 12x75mm. Hoặc tương đương.	Cái	20.000

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
15	Máy đếm bạch phân đếm hồng cầu bạch cầu 9 nút	Máy đếm bạch phân đếm hồng cầu bạch cầu 9 nút	Cái	02
16	Kit tiểu cầu đơn	- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương - Cấu hình bộ kit : + 01 kim cỡ khoảng 16G - 18G. - Tiệt trùng. - Các đường chất lỏng vô trùng. - Bộ kit tráng tự động với dung dịch ACD và nước muối. - Số lượng tiểu cầu với mỗi đơn vị (250ml) thu nhận $\geq 300 \times 10^9$. - Thời gian hoàn thành gạn tách < 2h * Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu	Bộ	10.000
17	Đồng hồ đo áp suất bình khí oxy	Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: - Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái. - Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái. - Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái. - Đầu làm bằng polycacbonat để đảm bảo tính bền. Thông số kỹ thuật: - Áp lực đầu vào: khoảng 15 MPa - Áp lực đầu ra: khoảng 0,2-0 0,3 MPa - Van an toàn: khoảng $0,35 \pm 0,05$ MPa - Lưu lượng : 1-10 L / min, 1-15L / phút	Bộ/hộp	200
18	Khí oxy	Khí oxy y tế, Đặc tính: + Oxy (O₂) dạng khí: Chất khí không màu, không mùi, không vị. + Oxy duy trì sự sống, được dùng trong y tế hồi sức cấp cứu; + Oxy giúp người bệnh phục hồi khí lưu thông trong phổi, khi bệnh nhân thiếu Oxy có thể dùng chai/bình khí Oxy để thở; - Chất lượng: + Độ tinh khiết: Hàm lượng $\geq 99,6$ % thể tích +Thể tích khoảng 6m3 khí/bình;	Bình (6m3)	3.000

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
19	Huyết áp kế cơ trẻ em kèm ống nghe	Thông số kỹ thuật: • Nguyên lý: đo áp lực máu theo phương pháp đo gián tiếp • Khoảng đo: từ 0 mmHg đến 300mmHg • Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không • Độ chính xác: ± 3 mmHg • Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp bóng chuẩn có van điều chỉnh Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: - 01 Túi hơi - 01 Đồng hồ đo - 01 Quả bóp bóng kèm van xả - 01 Túi đựng máy - 01 Ống nghe kèm theo với tính năng: • Nguyên lý: Nghe nhịp tim, nhịp mạch qua màng nghe • Mặt nghe: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt • Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau • Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC	Bộ	35
20	Kim chọc dò tủy sống các cỡ dùng 1 lần	Kim các cỡ. -Đầu kim với thiết kế đầu Quinke 3 mặt vát, sắc bén - Chuôi kim trong suốt, có phản quang. -Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim giúp xác định nhanh và chính xác kim đã vào khoang dịch não tủy.	Cây	1.500
21	Bộ Kit điều trị huyết tương	Bộ kit trao đổi huyết tương, sử dụng với máy gạn tách thành phần máu - Vô trùng - Bộ kit có gắn sẵn các đường dây, đường dịch thay thế, túi thải, kênh ly tâm, có 01 đường máu ra và 01 đường máu trả về. - Có filter lọc trên đường trả máu về - Túi chứa huyết tương bản thể tích: $\geq 5L$ - Thể tích máu ngoài tuần hoàn (ECV) : $< 186ml$ - Đi kèm 01 túi chống đông thể tích 1000ml hoặc tương đương. * Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu Nhà thầu cung cấp tên máy lắp đặt chạy kit để xem xét tính phù hợp	Bộ	150

✓

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
22	Bộ Kit điều trị tăng sinh bạch cầu	Bộ kit thu nhận bạch cầu, sử dụng với máy gạn tách thành phần máu - 02 túi chứa chế phẩm gạn tách thể tích: 500ml -600ml. - 01 túi chứa huyết tương thể tích: ≥ 500ml - 01 túi trống chứa khí. - 02 túi chứa mẫu thể tích: 60ml - Có 01 đường máu ra và 01 đường máu trả về. - Tự động đuổi khí với dung dịch nước muối và chống đông. - Thể tích máu ngoài tuần hoàn (ECV) : ≤ 253ml - Đi kèm 01 túi chống đông thể tích 1000ml hoặc tương đương. * Nhà thầu lắp đặt máy khi trúng thầu Nhà thầu cung cấp tên máy lắp đặt chạy kit để xem xét tính phù hợp	Bộ	150
23	Tạp dề không tay	- Chất liệu: nhựa PE (Polyetylen) hoặc tương đương. - Chiều dài tối thiểu 100 cm; - Chiều rộng tối thiểu 50 cm; - Có dây buộc (dây lưng) - Có tác dụng chống thấm dịch, máu. - Dùng 1 lần.	Cái	2500

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ, chúng tôi..... *[ghi tên, địa chỉ của Công ty, nhà cung cấp; trường hợp nhiều Công ty, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị y tế:

STT	Tên hàng hóa/Danh mục hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có)	Mô tả hàng hóa/tính năng kỹ thuật	Phân loại TTBYT (ABCD)	Đơn vị tính	Số lượng/Khối lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)	Giá trúng thầu (nếu có)				Thông tin kê khai giá (nếu có)	
													Công ty trúng thầu	Đơn vị trúng thầu	Quyết định trúng thầu	Giá trúng thầu (VNĐ)	Giá kê khai	Mã kê khai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

(Số tiền bằng chữ:.....)

* Ghi chú: Các đơn vị tiền tệ trong báo giá thực hiện nguyên tắc tròn số theo Điều 4 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP và đảm bảo nguyên tắc Đơn giá x Số lượng = Thành tiền (đã có thuế VAT)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ..tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các mặt hàng trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))

Ghi chú: Hướng dẫn cung cấp thông tin Báo giá theo số thứ tự các cột

- (1) Ghi số thứ tự theo Báo giá.
- (2) Ghi tên hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Thông báo yêu cầu báo giá
- (3) Ghi cụ thể tên gọi, ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất của hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Thông báo yêu cầu báo giá
- (4) Ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế (nếu có)
- (5) Ghi cụ thể năm sản xuất
- (6) Ghi cụ thể xuất xứ bao gồm Quốc gia, vùng lãnh thổ....
- (7) Ghi rõ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa
- (8) Ghi mô tả về hàng hóa, tính năng kỹ thuật
- (9) Ghi phân loại TTBYT theo Quy định pháp luật (nếu có)
- (10) Ghi rõ đơn vị tính đúng theo “Danh mục hàng hóa” trong Thông báo yêu cầu báo giá

-
- (11) Ghi rõ số lượng đúng theo “Danh mục hàng hóa” trong Thông báo yêu cầu báo giá
 - (12) Ghi đơn giá đã bao gồm chi phí dịch vụ khác (nếu có), Thuế, phí...
 - (13) Ghi giá trị hàng hóa đã bao gồm chi phí dịch vụ khác (nếu có), Thuế, phí...
 - (14) (15) (16) (17) Ghi rõ tên công ty, đơn vị trúng thầu, số Quyết định, ngày ban hành Quyết định và giá trúng thầu của hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế (nếu có)
 - (18) (19) Ghi rõ mã và giá kê khai của hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế (nếu có)